

NuTRiflex® novo Dreikammerbeutel

EINFACHE UND SICHERE HANDHABUNG

1 ZUBEREITUNG



Schutzhülle an den beidseitigen Einreißkerben aufreißen.



Beutel aus der Schutzhülle nehmen.



Schutzhülle, Sauerstoff-Indikator und -absorber entsorgen.

! Sicherheitsaspekt

Sauerstoff-Indikator



Indikator kontrollieren

Beutel nur verwenden, wenn der Indikator **GELB** erscheint. Nicht verwenden, wenn der Indikator **ROT** erscheint.

2 MISCHEN



Um die Kammern der Reihe nach zu öffnen und den Inhalt der Kammern zu mischen, den Beutel mit beiden Händen aufrollen und dabei zunächst die Peelnahrt zwischen der oberen Kammer (Glucose) und der unteren Kammer (Aminosäuren) öffnen.



2 ... MISCHEN



Danach fortgesetzt Druck ausüben, bis sich die Peelnahrt zwischen der mittleren Kammer (Lipide) und der unteren Kammer öffnet. Beutelinhalt gründlich mischen.



! Optional: Zuspritzen von Additiven



Steriler Zuspritzport (weiß)

Nach dem Entfernen der Aluminiumfolie können über den Zuspritzport compatible Additive hinzugefügt werden.



Nach dem Hinzufügen der Additive zu der klaren Lösung kann eine visuelle Kontrolle erfolgen.

3 VORBEREITUNG ZUR INFUSION



Steriler Infusionsport (grün)

Die Aluminiumfolie vom Infusionsport entfernen und das Infusionsbesteck einstecken. Entweder ein nicht belüftetes Infusionsbesteck verwenden oder bei einem belüfteten Besteck die Belüftungsklappe schließen. Den Beutel an einen Infusionsständer hängen und die Infusion entsprechend der üblichen Technik durchführen.

IHRE VORTEILE

- Mehr Sicherheit dank Sauerstoff-Indikator
- Sterile Portmembranen
- Problemlose Handhabung dank selbstdichtenden Verschlüssen und stabilen Ports
- Leicht unterscheidbare Ports mit Farbkodierung (weiß = Zuspritzen, grün = Infusion)

Hinweis: Nur zur einmaligen Anwendung. Nach der Verwendung sind Behältnis und Restinhalt zu verwerfen. Angebrochene Behältnisse dürfen nicht wieder angeschlossen werden. Falls Filter verwendet werden, müssen diese lipidpermeabel sein (Porengröße $\geq 1,2 \mu\text{m}$).